

Skallseil Høy Nett 25015 Barn


Spesifikasjoner

Stoff: Polyesternet
 Kantbånd: Polyester
 Max-last: 180 kg
 Størrelser: JS, JM
 Vaskeråd: Se etikett på løfteseil
 EAN-kod: Se www.humancare.se/lifts

Skallseil Høy 25020 Barn

Spesifikasjoner

Stoff: Polyester (Trevira)
 Kantbånd: Polyester
 Max-last: 180 kg
 Størrelser: JS, JM
 Vaskeråd: Se etikett på løfteseil
 EAN-kod: Se www.humancare.se/lifts



Størrelse	Fargekode	A	B	C
JS Junior, small	Lilla	10	62	63
JM Junior, medium	Hvit	14	64	70




Human Care Norge AS, Furuveien 11, NO-2020 Skedsmokorset
 Tel 63 87 78 13 • Fax 63 87 78 17 • E-post: post@hcn.no • www.hcn.no

040301-030BN



Skallseil Høy Nett 25015 BARN

Skallseil Høy 25020 BARN



Human Care Skallseil Høy 25015 og 25020 er seil med nakkestøtte spesielt egnet for forflyttinger til og fra f. eks trange rullestoler og formstøpte skall. På seilene finns det ingen håndtak eller sømmer som kan forårsake trykksår. Seilet kan dermed bli liggende i stolen. 25015 kan med fordel også brukes i forbindelse med bad og dusj.

25015 er produsert i polyesternet med lav friksjon. Fordelen med dette materialet er at det er smidig i bruk. Seilet tørker hurtig etter vask og bad.


25020 er produsert i bomullsliknende, flammesikkert polyester med høy friksjon. Fordelen med dette materialet er en redusert risiko for utglidning. Friksjonen gjør at seilet glir relativt lite mot så vel pleiemottager som stol.

25015 og 25020 er tilpasset for to- og trepunkts opphenging.


Viktig!

⚠ Løft og forflytting av en person innebærer alltid en risiko. Les derfor nøye igjennom bruksanvisning for både løfter og løftetilbehøret. Forviss deg alltid om at det løftetilbehøret du anvender, fungerer sammen med løfteren. Som pleier/medhjelper er du ansvarlig for pleiemottagerens sikkerhet og du må kjenne til vedkommendes mulighet til å tåle løftesituasjonen. Ved usikkerhet kontakt leverandøren.

Løft fra liggende




Legg pleiemottageren på siden. Før inn seilet slik at midten på seilet havner langs ryggraden. Legg merke til seilets merking (utside-opp). Seilets nedre del skal være rett under halebenet. Rull pleiemottageren over på den andre siden og dra fram seilet. Legg pleiemottageren på rygg. Dersom sengen er hev- og senkbar, kan du med fordel heve hodedelen slik at pleiemottageren kommer opp i halvt sittende.




Dra fram bendelene mellom pleiemottagerens ben. Senk ned løfteren i høyde med magen. Dersom man ønsker det, kan den venstre bendelen tres inn i hempen på utsiden av den høyre bendelen. Hekt på bendelenes løftestropper i løfterens benkrok. Vend løfteren og hekt ryggdelens løftestropper på løftegalgen. Hold løfteren unna pleiemottagerens ansikt med den ene hånden mens du kjører løfteren opp over hodet.

Alternativ: Seilet kan også brukes med topunkts oppheng. Hempen på den høyre bendelen brukes da ikke. I stedet krysses bendelene.




Hekt nakkestøttens løftestropper på løftegalgen. Stopp i denne posisjonen og kontroller at alle løftestroppene er stramme og at de sitter på rett sted.




Fortsett løftet. Det kan bli nødvendig å senke sengen noe. Løft litt i pleiemottagerens ben samtidig som du vrir ham fra sengen. Hold gjerne din arm omkring pleiemottageren under forflytningen for å skape større trygghet.

Løft fra sittende



Før seilet ned bakom ryggen. Legg merke til seilets merking (utside-opp). Seilet skal ned slik at underkanten er nede ved halebenet. Dra fram seilets bendeler.




Dra seilets bendeler opp mellom pleiemottagerens ben. Senk løfteren ned i høyde med magen. Om ønskelig kan den venstre bendelen tres inn i hempen på utsiden av den høyre bendelen. Hekt bendelenes løftestropper på løfterens benkrok. Snu løfteren og hekt ryggdelens løftestropper på galgen. Hold løfteren unna pleiemottagerens ansikt med den ene hånden mens du kjører løfteren opp over hodet.

Alternativ: Seilet kan også brukes med topunkts oppheng. Hempen på den høyre bendelen brukes da ikke. I stedet krysses bendelene.



Hekt nakkestøttens løftestropper på løftegalgen. Stopp i denne posisjonen og kontroller at alle løftestroppene er stramme og at de sitter på rett sted.



Fortsett løftet. Hold gjerne din arm omkring pleiemottageren under forflytningen da det skaper en større trygghet.